

Bydgoszcz, dnia 12.10.2010 roku

PN/2/2010

**Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora biochemicznego dla Wojewódzkiego ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy..**

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, jako Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze złożonymi zapytaniem uprzejmie wyjaśnia:

Pytanie 1:

*Czy Zamawiający dopuszcza analizator biochemiczny bez przyssawki ISE?*

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora biochemicznego bez przyssawki ISE.

Pytanie 2:

*Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez automatycznego zmieniaacza kuwet na pokładzie aparatu?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 3:

*Czy Zamawiający dopuści analizator z 40 miejscami na próbki pacjenta?*

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. [www.womp.bydgoszcz.pl](http://www.womp.bydgoszcz.pl)
3. a/a

DYREKTOR  
*leh. med. Stanisław Katarczak*